


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/03/2026 - 13/04/2026
Dias de utilização	24/30 dias (80%)	
>= 4 horas	24 dias (80%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	151 horas 39 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/04/2026)	926 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260532
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	4.8	Percentil 95.º:	6.3	Máximo:	6.8
Fugas — l/min	Mediana:	1.1	Percentil 95.º:	10.1	Máximo:	34.1
Eventos por hora	IA:	0.9	IH:	0.2	IAH:	1.1
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	0.4	Desconhecid	0.4
Índice RERA						0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260532


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

