


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/11/2025 - 15/12/2025
Dias de utilização	24/30 dias (80%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	6 dias (20%)	
Horas de utilização	123 horas 40 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 28 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/12/2025)	426 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260532
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 4.7	Percentil 95.º: 6.0	Máximo: 6.5	
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 10.2	Máximo: 37.5	
Eventos por hora	IA: 2.0	IH: 0.2	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	1.1
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260532


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

