


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/10/2025 - 03/11/2025
Dias de utilização	23/30 dias (77%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	5 dias (17%)	
Horas de utilização	122 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 5 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 56 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/11/2025)	249 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260532
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 4.8	Percentil 95.º: 6.1	Máximo: 6.6	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 10.8	Máximo: 44.3	
Eventos por hora	IA: 3.1	IH: 0.1	IAH: 3.2	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.0	Desconhecid	2.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260532


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

