


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/11/2025 - 03/12/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	245 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 11 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 17 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/12/2025)	4,942 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549906
Modo	CPAP
Pressão definida	6.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 0.7	Máximo: 6.8	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.1	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549906


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

