


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/07/2025 - 11/08/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	225 horas 1 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 30 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/08/2025)	4,039 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549906
Modo	CPAP
Pressão definida	6.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.6	Percentil 95.º: 1.3	Máximo: 6.1	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.1	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549906


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

