

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

28/07/2025 - 05/08/2025

Dias de utilização

9/9 dias (100%)

>= 4 horas

9 dias (100%)

< 4 horas

0 dias (0%)

Horas de utilização

62 horas 12 minutos

Utilização média (total de dias)

6 horas 55 minutos

Utilização média (dias de utilização)

6 horas 55 minutos

Utilização mediana (dias de utilização)

7 horas 4 minutos

Total de horas de uso (último reset de valores - 05/08/2025)

2,602 horas

AirSense 10 AutoSet

Número de série

22231024667

Modo

AutoSet

Pressão mín.

4 cmH2O

Pressão máx.

12 cmH2O

EPR

Apenas rampa

Nível de EPR

1

Resposta

Suave

Terapia

Pressão — cmH2O

Mediana: 7.8

Percentil 95.º: 10.7

Máximo: 11.6

Fugas — l/min

Mediana: 2.3

Percentil 95.º: 11.9

Máximo: 21.2

Eventos por hora

IA: 0.4

IH: 0.9

IAH: 1.3

Índice de apneia

Central: 0.3

Obstrutiva: 0.1

Desconhecid 0.0


Índice RERA

0.1

Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)

0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024667


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

