


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/08/2025 - 26/08/2025
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	14 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	94 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 47 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 47 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/08/2025)	2,747 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024667
Modo	CPAP
Pressão definida	8.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 3.8	Máximo: 10.2	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.9	IAH: 1.2	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024667


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

