


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		05/08/2025 - 03/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	262 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 32 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/09/2025)	7,650 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549735
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 16.6	Percentil 95.º: 38.3	Máximo: 71.7	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 1.1	IAH: 1.8	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549735


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

