


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/10/2025 - 08/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	236 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 58 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/11/2025)	8,195 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549735
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 16.5	Percentil 95.º: 34.0	Máximo: 78.8	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.8	IAH: 2.0	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.5
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549735


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

