


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/09/2025 - 06/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	240 horas 40 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 7 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/10/2025)	5,299 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231568614
Modo	CPAP
Pressão definida	10.2 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 10.6
Eventos por hora	IAH: 9.4

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231568614


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

