


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 23/09/2025
Dias de utilização	19/30 dias (63%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	134 horas 39 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 5 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 5 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/09/2025)	4,348 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211840650
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.8	Percentil 95.º: 23.4	Máximo: 45.4	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.8	IAH: 1.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	2.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

