


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/03/2026 - 23/04/2026	
Dias de utilização		22/30 dias (73%)	
>= 4 horas		8 dias (27%)	
< 4 horas		14 dias (47%)	
Horas de utilização		80 horas 31 minutos	
Utilização média (total de dias)		2 horas 41 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/04/2026)		3,242 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22231024669	
Modo		CPAP	
Pressão definida		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 50.2	Percentil 95.º: 64.0	Máximo: 80.9
Eventos por hora	IA: 3.8	IH: 0.3	IAH: 4.1
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid 2.8
Índice RERA	3.5		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024669


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

