


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/02/2026 - 24/03/2026
Dias de utilização	23/30 dias (77%)	
>= 4 horas	7 dias (23%)	
< 4 horas	16 dias (53%)	
Horas de utilização	80 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 49 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/03/2026)	3,162 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024669
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 48.4	Percentil 95.º: 68.2	Máximo: 87.6	
Eventos por hora	IA: 6.2	IH: 0.2	IAH: 6.4	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	5.5
Índice RERA	2.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024669


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

