


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/07/2025 - 07/08/2025
Dias de utilização	19/22 dias (86%)	
>= 4 horas	4 dias (18%)	
< 4 horas	15 dias (68%)	
Horas de utilização	58 horas 57 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 41 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 6 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/08/2025)	2,424 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024669
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 30.3	Percentil 95.º: 50.2	Máximo: 62.3	
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.9	IAH: 2.4	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.9
Índice RERA	2.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024669


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

