


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/08/2025 - 09/09/2025
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	15 dias (50%)	
< 4 horas	12 dias (40%)	
Horas de utilização	126 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/09/2025)	2,564 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024669
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 25.8	Percentil 95.º: 50.6	Máximo: 79.2	
Eventos por hora	IA: 2.4	IH: 1.1	IAH: 3.5	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	1.7
Índice RERA	2.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024669


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

