


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/11/2025 - 09/12/2025
Dias de utilização	17/30 dias (57%)	
>= 4 horas	10 dias (33%)	
< 4 horas	7 dias (23%)	
Horas de utilização	76 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 34 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 41 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/12/2025)	2,887 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024669
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 31.2	Percentil 95.º: 55.6	Máximo: 92.3	
Eventos por hora	IA: 2.0	IH: 0.6	IAH: 2.6	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	1.4
Índice RERA	2.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024669


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

