


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/01/2026 - 04/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	218 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 17 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/02/2026)	2,832 horas	

AirSense 10 Elite	
Número de série	22231570457
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 8.4	Percentil 95.º: 28.9	Máximo: 60.6	
Eventos por hora	IA: 6.1	IH: 0.2	IAH: 6.3	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 4.6	Desconhecid	0.6
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22231570457


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

