

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 2223157-0457/116

CARLOTA APARECIDA SACAGNHE

IDADE: 92 PESO: 67 ALTURA: 148 PROFISSÃO:

SINTOMAS:

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS:

MÉDICO:

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:

COCHILO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS DORMIR

09/02 - Avaliação + max N30 P

16/02/24 P=5,5 cmH₂O P5=7,0 cmH₂O pressão fixa: 6 cmH₂O

IAH=16,3 (O:9,8 Dec:5,4)

m. uso = 1h33'

boca aberta / dor MMII

fuga = 45 l/min.

mls amara

23/03 P=6 cmH₂O

↓ a pressão p/ 6.8.

24 IAH=6.2 e/ev

m. de uso = 7hr.

01/03 P=6 cmH₂O

melhora do quadro de insuportação.

24 IAH=7.2

m. de uso: 5h35'

fuga = 5.8 lpm.

08/03 P=5.6 cmH₂O

Oriento colocação da máscara melhor adaptada

24 IAH=13.6

m. de uso: 8.29'

fuga: 13.6

Natacha

22/03/24 P=5.6 cmH₂O

Bem adaptada

IAH=9.4 e/ev

m. de uso: 7h57'

fuga: 9.4

Natacha

NOME: CARLOTA APARECIDA SACAGNHE
IDADE: 89 a. 5 m.
PESO: 57 Kg
DATA: 10/10/2021.

ALTURA: 1,48 M

IMC: 26.02

POLISSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA:

Exame de Polissonografia, realizado em Laboratório do Sono, sob boas condições técnicas, com monitorização simultânea de eletrencefalograma, eletroculograma, eletromiograma de mento e tibial, eletrocardiograma, fluxo aéreo por termistor nasal, transdução de pressão nasal, esforço respiratório torácico e abdominal, oximetria de pulso digital, posição e roncos através de microfonia.

A Polissonografia iniciou-se às 22 h 37 min 28 s e foi concluída às 6 h 4 min 42 s. A latência para o sono foi de 48 min 30 s e a latência para o sono REM, de 5 h 58 min 0 s. O tempo total de registro foi de 7 h 27 min 14 s, o tempo total de sono foi de 5 h 8 min 0 s, com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 68.9%. A distribuição do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista
Estágio N1	35.68%	Até 5%
Estágio N2	52.76%	50 - 55%
Estágio N3	5.84%	> 15%
Estágio REM	5.52%	20 - 25%
Eficiência do sono	68.9%	> 85%

No período total de registro, ocorreram 274 micro-despertares/despertares (índice de 53.38/hora). O tempo em vigília após o início do sono foi de 1 h 16 min 0 s.

A monitorização eletrencefalográfica evidenciou atividade de base normal e presença de grafoelementos do sono com morfologia e incidência esperadas.

O eletromiograma de mento evidenciou redução fisiológica do tônus muscular durante os estágios de sono não REM e padrão de atonia muscular com presença de aumentos fásicos do tônus durante o sono REM.

Ocorreram 0 movimentos periódicos de membros inferiores, com índice de 0/hora.

O eletrocardiograma não evidenciou anormalidades. A frequência cardíaca mínima foi de 52, a média de 64 e a máxima de 86 batimentos por minuto. A

05/04/24 P: 5.6 cmH₂O / aumento P: 5.8 cmH₂O

IAH = 12.4

m. de uso: 6 h 29 m

fuga: 7.1 l/min / P₅: 29.1 l/min

Bem adaptada

Natacha

10/05/24 P: 5.8 cmH₂O

IAH: 10.8 elh

m. de uso: 6 h 16 m

fuga: 5.9 l/min

Bem adaptada

Natacha

09/08/24 P: 5.8 cmH₂O

IAH = 10.5 elh

m fuga: 19 l/min

m. uso: 6 h 28'

+ fratura fêmur há 2 meses
Bem adaptada;

* troco filtro *

deixo: P: 6.2 cmH₂O

Silvia

06/09/24 P: 6.2

IAH = 11.0

m fuga: 20 l/min

m uso: 7 h 30'

Bem adaptada; Relata dormindo
melhor.

* troco filtro N30i *

Silvia

11/11/25 Comprar o CPAP Elite

20/12/24 P: 6 cmH₂O

IAH = 4.8 elh

m uso: 6 h 52

fuga: 8 l/min

Bem adaptada

Silvia

2

21/02/25 P: 6 cmH₂O

IAH = 3.5 elh

m uso: 7 h 40 min

fuga: 25.1 l/min

Bem adaptada

Silvia

01/05/25 P: 6 cmH₂O

m. de uso: 7 h

IAH = 4.8 elh

troco o filtro.

Silvia