

DALMARCO, LEANDRO SILVA

Relatório de resumo

Data de nasc:	12/09/1980	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	29/10/2025 - 27/11/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	26/12/2024
ID do paciente:	LEANDRO SILVADALM...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37162091EA71				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 29/10/2025 - 27/11/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	29/10/2025 - 27/11/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	22 dias
Dias sem uso do aparelho	8 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	73,3%
Uso acumulado	4 dias 22horas. 3 min. 21 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 35 min. 4 segundos.
Média de uso (todos os dias)	3horas. 56 min. 6 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 21 min. 58 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 42 min. 5 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	56,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	43,3%
Tempo total com soprador	5 dias 7horas. 8 min. 58 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	4,7
Pressão CPAP	6,0 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 27/11/2025

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	6 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

