


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/08/2025 - 19/08/2025
Dias de utilização		3/3 dias (100%)
>= 4 horas		1 dias (33%)
< 4 horas		2 dias (67%)
Horas de utilização		8 horas 23 minutos
Utilização média (total de dias)		2 horas 48 minutos
Utilização média (dias de utilização)		2 horas 48 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		2 horas 10 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/08/2025)		1,877 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653863
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.0	Percentil 95.º: 16.4	Máximo: 18.4	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.3	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

