


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/08/2025 - 30/08/2025
Dias de utilização	17/18 dias (94%)	
>= 4 horas	13 dias (72%)	
< 4 horas	4 dias (22%)	
Horas de utilização	82 horas 12 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 34 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/08/2025)	1,932 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882363
Modo	CPAP
Pressão definida	9.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 7.3	Percentil 95.º: 21.7	Máximo: 48.2	
Eventos por hora	IA: 2.3	IH: 2.2	IAH: 4.5	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 1.6	Desconhecid	0.1
Índice RERA	2.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882363


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

