

RELATÓRIO DE TRATAMENTO

Perfil do Paciente

Informação Básica

Nome: ELZIO ANTONIO SOTERO

Gênero: Masculino Idade: 76 Data de Nascimento: 1950/06/06

Altura: 0.0cm Peso: 0.0kg ID do Paciente: IMC: 0.0

Informações de Contato

Endereço:

Número de telefone:

E-mail:

Informação do Médico

Clínica / Hospital:

Nome do Médico:

Departamento:

Seguro

Seguradora:

Número de Membro:

Membro desde: 2026/05/11

Informação do Dispositivo

Tipo de Dispositivo: Auto CPAP Modelo do Dispositivo: G2S A20

NS do Dispositivo: ES424A09001 Versão do Firmware: G2.1-

ID de Configuração:

Tipo de Módulo de Dados: Outro tipo Modelo de Módulo de Dados:

NS do Módulo de Dados: Versão do Firmware:

Modelo do Humidificador: NS do Humidificador:

Tipo de Máscara: Máscara Nasal Modelo de Máscara:

Tamanho da Máscara: Data de Substituição:

Tipo de Tubo : 15 mm normal Data de Substituição:

Configurações Atuais

Terapia

Modo: AutoCPAP

P Inicial : 6.0 cmH2O

APAP Mín: 9.5 cmH2O Sensibilidade: 1


APAP Máx: 12.0 cmH2O Alerta de Fuga: Desligado

Conforto

Tempo de Rampa: 5 min Auto On: Ligado Humidificador: 3
Reslex: Paciente Auto Off: Ligado Tipo de Máscara: Máscara Nasal
Tipo de Tubo do Ar: 15 mm normal

Lista Diária

Pressão (cmH2O) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50



	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-04-11	05:52	10.0	11.5	5.8	3.6
2026-04-12	05:59	9.5	10.5	2.8	1.4

	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-04-13	06:37	9.5	11.0	6.0	4.2
2026-04-14	06:35	9.5	10.0	4.7	5.2
2026-04-15	00:24	9.5	10.5	12.5	0.0
2026-04-16	05:02	9.5	10.0	1.8	6.4
2026-04-17	05:23	9.5	10.5	3.7	7.9
2026-04-18	04:10	10.5	12.0	13.2	13.5
2026-04-19	03:19	9.5	10.0	2.7	7.7
2026-04-20	05:23	9.5	9.5	0.9	3.1
2026-04-21	04:29	9.5	9.5	1.1	5.1
2026-04-22	05:40	9.5	10.5	4.4	6.1
2026-04-23	05:52	9.5	10.0	4.6	6.2
2026-04-24	05:09	9.5	10.5	4.9	6.2
2026-04-25	01:31	9.5	9.5	1.3	7.0
2026-04-26	05:33	9.5	9.5	2.3	6.8
2026-04-27	04:57	9.5	10.5	3.2	7.7
2026-04-28	04:28	9.5	9.5	0.4	3.4
2026-04-29	05:46	9.5	11.5	4.9	4.9
2026-04-30	06:52	9.5	10.0	2.6	4.6
2026-05-01	07:26	9.5	10.0	2.8	4.5
2026-05-02	09:28	9.5	10.5	1.8	6.6
2026-05-03	05:32	9.5	9.5	2.5	6.0
2026-05-04	04:09	9.5	9.5	0.7	8.6
2026-05-05	02:20	9.5	10.0	5.6	4.5
2026-05-06	06:34	10.0	12.0	10.5	5.1
2026-05-07	06:19	9.5	10.0	5.7	2.2
2026-05-08	06:10	9.5	10.0	2.6	9.0
2026-05-09	05:42	9.5	10.0	6.3	5.3
2026-05-10	06:57	9.5	10.0	3.7	6.2

Estatísticas

Total de Uso

Data de Início	2026-04-11	Data de Fim	2026-05-10
Total de Dias	30		
Total de dias com uso	30	% Total de dias com uso	100%
Dias com uso >= 4.0 horas	26	% De dias com uso >= 4.0 horas	87%
Dias com uso < 4.0 horas	4	% De dias com uso < 4.0 horas	13%
Dias sem uso	0	% Dias sem uso	0%
Tempo total de uso (hh:mm)	159:38	Média de tempo de uso diário	1.8
Média de tempo de uso diário (apenas dias com uso)	05:19	Média de tempo de uso diário (total de dias)	05:19

Pressão

Média: 9.6 cmH2O Mediana: 9.5 cmH2O Percentil 95: 10.3 cmH2O Máxima: 10.8 cmH2O


Índices Respiratórios

Índice de Apnéia (IA): 1.6 Índice de Hipopneia (IH): 2.3
Índice de Apneia e Hipopneia (IAH): 4.0 Índice de Apneia Obstrutiva (IAO): 1.5
Índice de Apneia Central (IAC): 0.1


Fuga(L/min)

Média: 5.7 LPM Mediana: 3.8 LPM Percentil 95: 17.1 LPM Máxima: 23.9 LPM
Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min) (hh:mm): 00:00
% Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min): 0%

Gráficos Resumidos




Período de uso



Pressão


cmH2O

Máxima
Percentil 95
Mediana
Média



IAH&IA


IAH
IA



Fuga

LPM

Máxima
Percentil 95
Mediana
Média




Gráficos Detalhados

2026/05/10

Tendência da Pressão

cmH2O



Eventos Respiratórios

AOS

ACS

H


2026/05/11 01:00

2026/05/11 03:00

2026/05/11 05:00


Fluxo

LPM



Fuga

LPM



Comentário