

RELATÓRIO DE TRATAMENTO

Perfil do Paciente

Informação Básica

Nome: ELZIO ANTONIO SOTERO

Gênero: Masculino Idade: 76 Data de Nascimento: 1950/06/06

Altura: 0.0cm Peso: 0.0kg ID do Paciente: IMC: 0.0

Informações de Contato

Endereço:

Número de telefone:

E-mail:

Informação do Médico

Clínica / Hospital:

Nome do Médico:

Departamento:

Seguro

Seguradora:

Número de Membro:

Membro desde: 2026/01/19

Informação do Dispositivo

Tipo de Dispositivo: Auto CPAP Modelo do Dispositivo: G2S A20

NS do Dispositivo: ES424A09001 Versão do Firmware: G2.1-

ID de Configuração:

Tipo de Módulo de Dados: Outro tipo Modelo de Módulo de Dados:

NS do Módulo de Dados: Versão do Firmware:

Modelo do Humidificador: NS do Humidificador:

Tipo de Máscara: Máscara Nasal Modelo de Máscara:

Tamanho da Máscara: Data de Substituição:

Tipo de Tubo : 15 mm normal Data de Substituição:

Configurações Atuais

Terapia

Modo: AutoCPAP

P Inicial : 6.0 cmH2O

APAP Mín: 9.5 cmH2O Sensibilidade: 1

APAP Máx: 10.0 cmH2O Alerta de Fuga: Desligado

Conforto

Tempo de Rampa:

5 min

Auto On:

Ligado

Humidificador:

3

Reslex:

Paciente

Auto Off:

Ligado


Tipo de Máscara:

Máscara Nasal

Tipo de Tubo do Ar:

15 mm normal

Lista Diária



	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-02-16	06:55	9.5	10.0	2.3	16.4
2026-02-17	02:35	9.5	10.0	5.0	20.3

	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-02-18	00:00	-	-	-	-
2026-02-19	04:46	9.5	10.0	18.9	17.5
2026-02-20	04:57	9.5	10.0	9.5	14.5
2026-02-21	04:26	9.5	10.0	25.3	15.7
2026-02-22	04:18	9.5	10.0	20.2	5.5
2026-02-23	02:51	9.5	10.0	9.1	11.1
2026-02-24	05:14	9.5	9.5	2.1	6.7
2026-02-25	03:06	9.5	10.0	10.0	20.1
2026-02-26	02:25	9.5	9.5	0.8	9.3
2026-02-27	02:49	9.5	10.0	14.6	11.0
2026-02-28	00:00	-	-	-	-
2026-03-01	04:23	9.5	9.5	3.0	18.4
2026-03-02	02:52	9.5	10.0	7.0	19.5
2026-03-03	04:16	9.5	10.0	8.4	8.3
2026-03-04	03:29	9.5	10.0	9.8	3.8
2026-03-05	03:40	9.5	10.0	21.8	20.3
2026-03-06	04:40	9.5	10.0	16.7	18.0
2026-03-07	03:10	9.5	10.0	6.0	21.5
2026-03-08	03:24	9.5	10.0	4.7	23.9
2026-03-09	05:16	9.5	9.5	2.5	11.2
2026-03-10	04:44	9.5	10.0	6.8	5.3
2026-03-11	04:29	9.5	10.0	4.2	18.9
2026-03-12	05:21	9.5	10.0	9.9	8.0
2026-03-13	06:11	9.5	10.0	9.5	16.4
2026-03-14	03:42	9.5	10.0	18.1	5.9
2026-03-15	02:14	9.5	9.5	0.4	10.2
2026-03-16	05:02	9.5	10.0	2.6	13.5
2026-03-17	05:26	9.5	10.0	10.7	28.3

Estatísticas

Total de Uso

Data de Início	2026-02-16	Data de Fim	2026-03-17
Total de Dias	30		
Total de dias com uso	28	% Total de dias com uso	93%
Dias com uso >= 4.0 horas	16	% De dias com uso >= 4.0 horas	53%
Dias com uso < 4.0 horas	12	% De dias com uso < 4.0 horas	40%
Dias sem uso	2	% Dias sem uso	7%
Tempo total de uso (hh:mm)	116:41	Média de tempo de uso diário	1.5
Média de tempo de uso diário (apenas dias com uso)	04:10	Média de tempo de uso diário (total de dias)	03:53

Pressão

Média: 9.5 cmH2O Mediana: 9.4 cmH2O Percentil 95: 9.9 cmH2O Máxima: 9.9 cmH2O


Índices Respiratórios

Índice de Apnéia (IA): 5.0 Índice de Hipopneia (IH): 4.4
Índice de Apneia e Hipopneia (IAH): 9.3 Índice de Apneia Obstrutiva (IAO): 4.2
Índice de Apneia Central (IAC): 0.7

Fuga(L/min)

Média: 14.3 LPM Mediana: 13.9 LPM Percentil 95: 25.2 LPM Máxima: 29.0 LPM
Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min) (hh:mm): 00:00
% Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min): 0%

Gráficos Resumidos






Gráficos Detalhados

2026/03/17

Tendência da Pressão

cmH2O




Eventos Respiratórios

AOS


ACS

H




Fluxo

LPM



Fuga

LPM



Comentário