

INDICADO POR: *Google*

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 222223 953 83 | 848

LEONARDO OIKAWA DOMINGUES DE OLIVEIRA

IDADE: 48 PESO: 101 ALTURA: 1,67 PROFISSÃO: Engenheiro

SINTOMAS: *Canção diurna*

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: *Almezon / Tuset*MÉDICO: *Dra Denise Lanzoni Albuquerque*

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: *não realiza*

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 3 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 20h

HORA QUE DORME: 22:30-23h HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: (X) S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO/NOITE: *não*CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *abdominal* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:OVERLAP: *não* MALLAMPATI: IAH: SPO2:PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *HAS / Colesterol*

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME: *9cmH₂O*09/05/25 *avaliação* *Locação Elite* *P=9cmH₂O*
*Natacha*16/05/25 *P=9cmH₂O*
IAH=0,4e/h *Relata sentir que a máscara*
mediana: 5h20' *fecha as narinas*
fuga: 48,2l/m *Natacha*23/05/25 *P=8cmH₂O*
IAH=0,6e/h *Orienta ajuste de*
mediana: 5h12' *máscara*
fuga: 47,1l/m *Natacha**Comprar o CPAP, mesmo.*

02/07/25 $P = 9 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,4 \text{ e/lr}$

25 $P = 9 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,4 \text{ e/h}$

IAH = 0,944
m de uso: 4h45'

fugaci: 33 l/m

Natacha

PROFESSOR

Relatório De Titulação De CPAP

Dados do paciente:			Data: 14/09/2020
Nome:	Leonardo Oikawa Domingues de Oliveira	Equipamento:	AirSense 10 AutoSet
Sexo:	M	Altura:	167 cm
DN:	16/09/1976	Peso:	99 kgs
Idade:	47	IMC:	35.50 kg/m ²
Médico Solicitante: Dr(a) Dra Denise L. Alvarenga			
Médico Interpretador: Dra Denise L. Alvarenga CRM/SP: 98997			

Período da realização do exame			
Data inicial:	07/08/2024	Utilização média por dia:	04 horas e 39 minutos
Data final:	11/08/2024	>= 4 horas de utilização por dia	02 dias
Dias de utilização AutoSet	06 dias	< 4 horas de utilização	03 dias

Detalhes do dispositivo AutoSet, máscara.

O estudo foi registrado no dispositivo AirSense 10 AutoSet para as definições de pressão do Cpap.
Máscara utilizada nasal, modelo Dreamwear, tamanho M, da marca Philips.

O período de adaptação/titulação ao Cpap foi realizado entre os dias 07/08/2024 a 11/08/2024. Os dados abaixo representam os registros do período do dia 07/08/2024 a 11/08/2024.

Terapia:		
As pressões variam de:	Pressão Mínima: 07 cm H2O	Pressão Máxima: 10 cm H2O
EPR: Tempo Total	Nível EPR: - 03	
Pressão – cmH2O Mediana: 8.4	Percentil 95.º: 9.3	Máximo: 9.6
Fugas – l/min Mediana: 23.6	Percentil 95.º: 34.6	
Eventos por hora IA: 1.3	IH: 0.2	IHA: 1.5
Índice de apneia Central: 0.0	Obstrutiva: 1.1	Índice RERA: 1.0

Conclusão:

Janela de pressão utilizada entre 7.0 cm H2O e 10 cm H2O.

Os eventos respiratórios foram controlados com pressão positiva máxima de 9.0 cm H2O.

Conclusão: pressão positiva ideal 9.0 cm H2O!

DENISE
LANZONI DE
ALVARENGA
20990180816

Assinado de
digital por D
LANZONI DE
ALVARENGA
0816
Dados: 2024
14:47:23 -03

Dra. Denise L. Alvarenga
CRM
Otorrinolaringologista e Médica de