

TANAKA, LUIZ HENRIQUE

Relatório de resumo

Data de nasc:	27/12/1971	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	30/09/2025 - 29/10/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	17/12/2024
ID do paciente:	LUIZ HENRIQUE TAN...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J371621171B5B				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 30/09/2025 - 29/10/2025

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	30/09/2025 - 29/10/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	21 dias
Dias sem uso do aparelho	9 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	70,0%
Uso acumulado	4 dias 12horas. 31 min. 8 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 32 min. 58 segundos.
Média de uso (todos os dias)	3horas. 37 min. 2 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 10 min. 3 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 16 min. 31 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	53,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	46,7%
Tempo total com soprador	4 dias 12horas. 31 min. 10 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	1 min. 57 segundos.
Média de IAH	3,2
Pressão CPAP	7,5 cmH2O



Definições do Dispositivo a partir de

29/10/2025


Modo do aparelho

CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	7,5 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

