


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/03/2026 - 26/04/2026	
Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		29 dias (97%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		236 horas 41 minutos	
Utilização média (total de dias)		7 horas 53 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 53 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		8 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/04/2026)		9,642 horas	
AirSense 10 Elite			
Número de série		22211230117	
Modo		CPAP	
Pressão definida		5.6 cmH2O	
EPR		Tempo total	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 2.3	Máximo: 53.4
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.8	IAH: 2.3
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid 0.1
Índice RERA		1.6	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		1 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 Elite

NS: 22211230117

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**

>= 4 horas dias

29 (97 %)


< 4 horas dias

1 (3 %)

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,9 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **53,4**

% 95.º (méd.) **2,3**

Mediana (méd.) **0,0**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Tempo total, 1.0**

Pressão definida **5,6**



IAH (eventos/hora)

IAH **2.3**

IH **0.8**

IA **1.5**

IAC **0.3**

IAO **1.1**

IAD **0.1**

RERA **1.6**

%RCS (méd.) **0.4**

