


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/08/2025 - 30/08/2025
Dias de utilização	5/6 dias (83%)	
>= 4 horas	4 dias (67%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	22 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 48 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 19 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/08/2025)	102 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260594
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.7	Percentil 95.º: 10.6	Máximo: 10.9	
Fugas — l/min	Mediana: 26.9	Percentil 95.º: 45.8	Máximo: 57.8	
Eventos por hora	IA: 4.7	IH: 0.8	IAH: 5.5	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 1.6	Desconhecid	1.9
Índice RERA	3.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260594


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

