


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/08/2025 - 09/08/2025
Dias de utilização	5/6 dias (83%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	5 dias (83%)	
Horas de utilização	12 horas 40 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 32 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/08/2025)	12 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260594
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.6	Percentil 95.º: 12.4	Máximo: 12.4	
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 12.2	Máximo: 19.9	
Eventos por hora	IA: 15.2	IH: 0.4	IAH: 15.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 15.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260594

