


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/02/2026 - 25/03/2026
Dias de utilização		17/30 dias (57%)
>= 4 horas		0 dias (0%)
< 4 horas		17 dias (57%)
Horas de utilização		20 horas 53 minutos
Utilização média (total de dias)		42 minutos
Utilização média (dias de utilização)		1 horas 14 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		1 horas 1 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/03/2026)		5,697 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222040049
Modo	AutoSet
Pressão mín.	11 cmH2O
Pressão máx.	12.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.8	Percentil 95.º: 12.3	Máximo: 12.3	
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 6.5	Máximo: 12.0	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 2.4	IAH: 3.8	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA				1.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222040049

