


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/11/2025 - 07/12/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	225 horas 34 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/12/2025)	6,512 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292592
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	3

Terapia					
Fugas — l/min	Mediana:	1.2	Percentil 95.º:	15.5	Máximo: 22.3
Eventos por hora	IA:	0.1	IH:	0.0	IAH: 0.1
Índice de apneia	Central:	0.0	Obstrutiva:	0.1	Desconhecid 0.0
Índice RERA					0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292592

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **30 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,5 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **22,3**
% 95.º (méd.) **15,5**
Mediana (méd.) **1,2**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Tempo total, 3.0**

Pressão definida **9,0**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC **0,0**

IAO **0,0**

IAD **0,0**

RERA **0,1**

%RCS (méd.) **0,0**

