

MARTINS MENDES, DEOCELI REGINA**Relatório de resumo**

Data de nasc:	08/12/1947	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	12/08/2025 - 07/09/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	06/06/2023
ID do paciente:	DEOCELI REGINA MA...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J257986491834				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 12/08/2025 - 07/09/2025**Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	12/08/2025 - 07/09/2025 (27 dias)
Dias com uso do aparelho	27 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	7 dias 17horas. 16 min. 33 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 42 min. 8 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 51 min. 43 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 51 min. 43 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	20 min. 6 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	81,5%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	18,5%
Tempo total com soprador	7 dias 19horas. 21 min. 25 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	13 segundos.
Média de IAH	6,8
Pressão CPAP	9,0 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 07/09/2025

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	9 cmH2O
Configuração C-Flex	2
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	22
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

