

MARTINS MENDES, DEOCELI REGINA**Relatório de resumo**

Data de nasc:	08/12/1947	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	24/01/2026 - 22/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	06/06/2023
ID do paciente:	DEOCELI REGINA MA...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J257986491834				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 24/01/2026 - 22/02/2026**Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	24/01/2026 - 22/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	93,3%
Uso acumulado	8 dias 13horas. 36 min. 22 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 17 min. 37 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 51 min. 12 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 20 min. 35 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 47 min. 45 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	83,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	16,7%
Tempo total com soprador	8 dias 21horas. 50 min. 15 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	5 min. 36 segundos.
Média de IAH	4,8
Pressão CPAP	9,0 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 22/02/2026

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	9 cmH2O
Configuração C-Flex	2
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	22
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

