



Nome do Paciente: FERNANDO TAKATORI
ID do Paciente:
Relatório preparado por:
Relatório gerado em: 2026/01/29

RELATÓRIO DE TRATAMENTO

Perfil do Paciente

Informação Básica

Nome: FERNANDO TAKATORI OHARA
Gênero: Masculino Idade: 47 Data de Nascimento: 1978/05/26
Altura: 0.0cm Peso: 0.0kg ID do Paciente: IMC: 0.0

Informações de Contato

Endereço:
Número de telefone: E-mail:

Informação do Médico

Clínica / Hospital:
Nome do Médico: Departamento:

Seguro

Seguradora:
Número de Membro: Membro desde: 2025/09/05

Informação do Dispositivo

Tipo de Dispositivo:	Auto CPAP	Modelo do Dispositivo:	G2S A20
NS do Dispositivo:	ES424A11239	Versão do Firmware:	G2.1-
ID de Configuração:			
Tipo de Módulo de Dados:	Outro tipo	Modelo de Módulo de Dados:	
NS do Módulo de Dados:		Versão do Firmware:	
Modelo do Humidificador:		NS do Humidificador:	
Tipo de Máscara:	Máscara Nasal	Modelo de Máscara:	
Tamanho da Máscara:		Data de Substituição:	
Tipo de Tubo :	15 mm normal	Data de Substituição:	

Configurações Atuais


Terapia

Modo:	AutoCPAP		
P Inicial :	4.0 cmH2O		
APAP Mín:	4.0 cmH2O	Sensibilidade:	2
APAP Máx:	7.0 cmH2O	Alerta de Fuga:	Desligado

Conforto

Tempo de Rampa: 0 min Auto On: Ligado Humidificador: 1
Reslex: Paciente Auto Off: Ligado Tipo de Máscara: Máscara Nasal
Tipo de Tubo do Ar: 15 mm normal

Lista Diária



	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2025-12-31	07:36	4.5	5.5	0.4	0.0
2026-01-01	05:01	4.5	6.0	0.0	0.0

	Tempo de Uso	P Média	P95	IAH	Fuga
2026-01-02	08:37	4.5	6.5	0.2	0.6
2026-01-03	09:29	4.5	6.0	0.1	0.0
2026-01-04	07:41	4.5	5.5	0.1	0.0
2026-01-05	06:02	4.5	6.0	0.0	0.0
2026-01-06	07:32	4.0	5.0	0.0	0.0
2026-01-07	05:56	4.5	6.0	0.2	0.0
2026-01-08	06:06	4.5	6.0	0.0	0.0
2026-01-09	07:09	4.0	5.5	0.1	0.0
2026-01-10	05:54	4.5	5.5	0.0	0.5
2026-01-11	07:33	4.5	6.0	0.1	0.3
2026-01-12	06:30	4.5	5.5	0.2	0.0
2026-01-13	07:26	4.0	5.0	0.0	0.0
2026-01-14	07:37	4.5	6.0	0.3	0.0
2026-01-15	07:04	4.5	5.5	0.1	0.1
2026-01-16	04:07	4.5	5.5	0.5	0.2
2026-01-17	08:02	4.5	6.0	0.0	0.7
2026-01-18	06:51	4.5	6.0	0.0	0.9
2026-01-19	06:15	4.5	6.0	0.0	0.0
2026-01-20	06:53	4.0	5.0	0.3	0.0
2026-01-21	06:20	4.5	6.0	0.2	0.0
2026-01-22	06:16	4.5	6.0	0.2	0.0
2026-01-23	08:04	4.5	6.0	0.1	0.0
2026-01-24	08:41	4.0	5.5	0.1	0.0
2026-01-25	07:44	4.5	6.0	0.3	0.1
2026-01-26	07:15	4.5	6.0	0.0	0.0
2026-01-27	08:02	4.0	5.0	0.4	0.0
2026-01-28	07:46	4.0	5.0	0.0	0.0
2026-01-29	06:52	4.0	5.5	0.0	0.0

Estatísticas

Total de Uso

Data de Início	2025-12-31	Data de Fim	2026-01-29
Total de Dias	30		
Total de dias com uso	30	% Total de dias com uso	100%
Dias com uso >= 4.0 horas	30	% De dias com uso >= 4.0 horas	100%
Dias com uso < 4.0 horas	0	% De dias com uso < 4.0 horas	0%
Dias sem uso	0	% Dias sem uso	0%
Tempo total de uso (hh:mm)	212:21	Média de tempo de uso diário	1.4
Média de tempo de uso diário (apenas dias com uso)	07:04	Média de tempo de uso diário (total de dias)	07:04

Pressão

Média: 4.4 cmH2O Mediana: 4.0 cmH2O Percentil 95: 5.7 cmH2O Máxima: 6.1 cmH2O


Índices Respiratórios

Índice de Apnéia (IA): 0.1 Índice de Hipopneia (IH): 0.1
Índice de Apneia e Hipopneia (IAH): 0.1 Índice de Apneia Obstrutiva (IAO): 0.1
Índice de Apneia Central (IAC): 0.0

Fuga(L/min)

Média: 0.1 LPM Mediana: 0.0 LPM Percentil 95: 0.9 LPM Máxima: 2.4 LPM
Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min) (hh:mm): 00:00
% Tempo de Fuga Grande (> 90 L/min): 0%

Gráficos Resumidos






Gráficos Detalhados

2026/01/29

Tendência da Pressão

cmH2O



Eventos Respiratórios

AOS

ACS

H


2026/01/29 23:00

2026/01/30 01:00

2026/01/30 03:00


Fluxo

LPM



Fuga

LPM



Comentário