


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/01/2026 - 22/02/2026
Dias de utilização	25/30 dias (83%)	
>= 4 horas	24 dias (80%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	148 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 57 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 18 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/02/2026)	5,795 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211189590
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.7	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 2.2	Percentil 95.º: 16.0	Máximo: 24.9	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.5	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211189590


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

