


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/08/2025 - 28/09/2025
Dias de utilização	23/30 dias (77%)	
>= 4 horas	22 dias (73%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	144 horas 35 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 49 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 17 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/09/2025)	5,107 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211189590
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.1	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.0	
Fugas — l/min	Mediana: 4.7	Percentil 95.º: 21.0	Máximo: 31.0	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.3	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211189590


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

