

ALVES MENDES, ALEXANDRE**Relatório de resumo**

Data de nasc:	28/12/1978	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	21/02/2026 - 22/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	01/07/2025
ID do paciente:	ALEXANDRE ALVES M...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624974C189				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 21/02/2026 - 22/03/2026**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	21/02/2026 - 22/03/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	10 dias 37 min. 43 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10horas. 13 min. 21 segundos.
Média de uso (todos os dias)	8horas. 1 min. 15 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8horas. 1 min. 15 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	6horas. 29 min. 30 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	10 dias 38 min. 25 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	9,4 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,9 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	4 segundos.
Média de IAH	6,9




Definições do Dispositivo a partir de 22/03/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	7 cmH ₂ O
Pressão máx.	11 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Desativado
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Fixa

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Fixo

