


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/04/2026 - 10/05/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	185 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 38 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/05/2026)	2,878 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231697082
Modo	CPAP
Pressão definida	8.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 21.3
Eventos por hora	IAH: 2.0

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231697082


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

