


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/03/2026 - 20/04/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	25 dias (83%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	171 horas 42 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 43 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 8 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/04/2026)	1,289 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231696003
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 0.5
Eventos por hora	IAH: 0.7

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231696003


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

