

Data de nasc:	03/06/1969	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	07/10/2025 - 05/11/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	02/10/2024
ID do paciente:	EDUARDO MARCUSLEM...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37063670AFA1				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA	FARIA E MATOS COMERCIO DE	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
CLAUDIA	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 07/10/2025 - 05/11/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	07/10/2025 - 05/11/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	93,3%
Uso acumulado	6 dias 20 min. 47 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7horas. 7 min. 35 segundos.
Média de uso (todos os dias)	4horas. 48 min. 41 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 9 min. 18 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 43 min. 57 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	73,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	26,7%
Tempo total com soprador	6 dias 26 min. 55 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,8 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,9 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,5 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	25 min. 4 segundos.
Média de IAH	5,7


Definições do Dispositivo a partir de 05/11/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	10,5 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

