

Data de nasc:	03/06/1969	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	10/07/2025 - 10/08/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	02/10/2024
ID do paciente:	EDUARDO MARCUSLEM...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37063670AFA1				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA	FARIA E MATOS COMERCIO DE	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
CLAUDIA	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 10/07/2025 - 10/08/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	10/07/2025 - 10/08/2025 (32 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	93,8%
Uso acumulado	6 dias 12horas. 6 min.
Uso máximo (1 dia)	7horas. 38 min. 13 segundos.
Média de uso (todos os dias)	4horas. 52 min. 41 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 12 min. 12 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 16 min. 31 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	75,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	25,0%
Tempo total com soprador	6 dias 12horas. 9 min. 7 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,1 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	9,8 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	10,2 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	6 min. 12 segundos.
Média de IAH	5,8


Definições do Dispositivo a partir de 10/08/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	7 cmH ₂ O
Pressão máx.	10,5 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

