

Data de nasc: 06/01/1954

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 12/08/2025 - 08/09/2025

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Data de configuração: 22/07/2025

ID do paciente:

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Telefone:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J371555235E9B

Equipa de cuidados médicosMATOS E FARIA, ANA
CLAUDIAFARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDRUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA**Informações de aderência à terapêutica** 12/08/2025 - 08/09/2025**Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	12/08/2025 - 08/09/2025 (28 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	3 dias 19horas. 55 min.
Uso máximo (1 dia)	5horas. 47 min. 27 segundos.
Média de uso (todos os dias)	3horas. 16 min. 57 segundos.
Média de uso (dias de uso)	3horas. 16 min. 57 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	15 min. 12 segundos.
Porcentagem de dias com uso $\geq$ 4 horas	46,4%
Porcentagem de dias com uso $<$ 4 horas	53,6%
Tempo total com soprador	4 dias 3horas. 31 min. 59 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	36 segundos.
Média de IAH	2,6
Pressão CPAP	6,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de08/09/2025

Modo do aparelhoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	6 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

