


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/01/2026 - 26/02/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	210 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 52 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/02/2026)	9,308 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22211930414
Modo	CPAP
Pressão definida	8.6 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 15.9
Eventos por hora	IAH: 1.9

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22211930414

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **29 (97 %)**
< 4 horas dias **1 (3 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,0 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


% 95.º (méd.) **15,9**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Tempo total, 2.0**

Pressão definida **8,6**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **1.9**

