

MARIA MARTA FONSECA TRANNIN	
HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	
14/06 21	P = 9.0 cmH₂O. Fuga = 15.2 l/min. IAH = 0.5 m. de uso: 7h33' Relata acordando muito (5x) — Jua claudia Acampunturas p/ a tosse.
16/08 21	P = 9.0 cmH₂O. Fuga = 9.6 l/min. IAH = 0.5/ev m. de uso: 8h10' melhora do despertar, melhora da tosse Jua.
18/10 21	P = 9.0 cmH₂O Fuga = 15.6 IAH = 0.3 m. de uso: 15.6 Jua
24/01 22	P = 9.0 Fuga: 66.1 IAH = 0.4 m. de uso: flv Jua
04/04 22	P = 9.0 Fuga = 54.4 l/min IAH = 0.5/ev m. de uso: flv Jua.
08/08 22	P = 9.0 ↓ p/ 8.0 Bem adaptada Fuga = 66. IAH = 0.6 m. de uso: flv 30' Jua.
10/10 22	P = 9.0 cmH₂O Bem adaptada IAH = 0.2/ev m. de uso: 8hs Jua
12/12 22	P = 8 cmH₂O Relata vazado pela masc. IAH = 0.2 e/ev m. de uso: flv 20' — Jua

14/02/23 $P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,3 \text{ e/lh}$
m. de uso: 7h 40'
fuga = 33 l/min.

08/05/23 $P = 8,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,3 \text{ e/lh}$
m. de uso: 8h
fuga de ar: 19.2

10/07/23 $P = 8,0$
 $\text{IAH} = 0,4 \text{ e/lh}$
m. de uso: 8h
fuga 20

Troco filtro / tecido do masc.

Jua

09/10/23 $P = 8,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,2 \text{ e/lh}$
m de uso: 7h 50 min.
fuga = 9 l/min.

- Academia diária 5h30' manhã
+ pilates 2x semana

- Bem adaptada

11/12/2023 $P = 8,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,2 \text{ e/lh}$
m de uso: 7h 37 min
fuga = 34,4 l/min

- Bem adaptada;

19/02/24 $P = 8,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,2 \text{ e/lh}$
m. de uso: 7:34

Bem adaptada, troco o filtro

Jua

22/04/24 $P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,2 \text{ e/lh}$
m de uso: 7h 42m
fuga: 9.6 l/min

Bem adaptada
+ troquei filtro

Natasha

08/07/24 $P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,3 \text{ e/lh}$
m de uso: 7h 31'
fuga: 36,8 l/m

Bem adaptada
S/ queixas

Natasha

09/09/24 Bem adaptada
 $P = 8,0 \text{ cm}$
 $\text{IAH} = 0,2$

Jua

05/11/24 $P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,4$
m. de uso: 7h
fuga = 23,5 lpm.

Jua.

10/02
25

$D = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$

M. de uso: 7h:30

$\Delta H = 0,3 \text{ efv}$

fuga = 43 epm.

Traco o filtro

fixadas de silicone

fua.

12/05
25

$P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$

$\Delta H = 0,3 \text{ efv}$

M. de uso: 7h23'

fuga = 22.4

fua.