


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/03/2026 - 20/04/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	22 dias (73%)	
< 4 horas	6 dias (20%)	
Horas de utilização	156 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 5 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/04/2026)	10,759 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22171064337
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.7	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 22.9	Percentil 95.º: 37.7	Máximo: 45.8	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.2	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	2.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22171064337


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

