

Data de nasc:	23/05/1959	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	15/07/2025 - 13/08/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	09/10/2024
ID do paciente:	FRANCISCO EUGENIO...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J369821218B30				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 15/07/2025 - 13/08/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	15/07/2025 - 13/08/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	10 dias 9 horas. 18 min. 9 segundos.
Uso máximo (1 dia)	11 horas. 8 min. 7 segundos.
Média de uso (todos os dias)	8 horas. 18 min. 36 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8 horas. 18 min. 36 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3 horas. 24 min. 18 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	96,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	3,3%
Tempo total com soprador	10 dias 20 horas. 44 min. 58 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	5,6 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	6,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	7,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	2 min. 2 segundos.
Média de IAH	3,3


Definições do Dispositivo a partir de 13/08/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

