

DE OLIVEIRA MONTEIRO DA S, SOLANGE**Relatório de resumo**

Data de nasc:	11/07/1967	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	16/09/2025 - 15/10/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	05/12/2024
ID do paciente:	SOLANGE DE OLIVEI...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J29721899B742				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 16/09/2025 - 15/10/2025**Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	16/09/2025 - 15/10/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	93,3%
Uso acumulado	8 dias 10horas. 5 min. 53 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 58 min. 40 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 44 min. 11 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 13 min. 4 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5horas. 35 min. 46 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	93,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	6,7%
Tempo total com soprador	8 dias 10horas. 23 min. 1 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	4 segundos.
Média de IAH	1,6
Pressão CPAP	6,5 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 15/10/2025

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	6,5 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

