

NS 224140 048

ALTIMAR COSTA DA SILVA

SINTOMAS/ QUEIXA	nada;		
MEDICAMENTOS	HAS enalapril; espiralactona; lanx; omegra-3 fordega; norovirabina (colitox)		
HORA QUE DORME:	23h	HORA QUE ACORDA: 06h 07h	
BANHEIRO	2x noite	Faz ortognática há 3/4 anos	
TIPO DE RESPIRAÇÃO	nariz.	Renal crônico.	
EXERCICIO FISICO	Academia (3x10m);	café	lanche
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S		ALMOÇO: S	LANCHE: S JANTAR: S
PESO: 110kg	ALTURA: 1,90 m	IAH: 23,6	MALLAMPATI: SPO2:

- fez cirurgia ortognática + desvio septo - / Dr. Canaan
em 2019. / bucomaxilo.

- atualmente gineceu peso. (fez fono lxs oim / língua)

→ 15/05 - Início locação Yuwell
2023 } Auto 4-12 cmH₂O @ másc dream wear (M)
EPR = 2
umidade = 3

24/05 P = 5 cmH₂O vazão 0 (lpm)
23 IAH = 2,6
m. de uso: 7h50'
Adaptou melhor e a pressão fixa -> melhora do cansaço.

01/06 P = 5 cmH₂O
2023 IAH = 2,2 } Bem adaptado; não
m. de uso: 7h50' dificuldade na exp.
vazamento = 11,5 l/min
umidif: 3 → 4
↑ EPR: 3

15/06 P = 5,0 cmH₂O melhora da dor cefálica
23 IAH = 1,9 e/ev e sonolência.
m. de uso: 7h48
umidif após 4, bem adaptado. - fone

30/06 P = 5,0 cmH₂O Bem adaptado.
23 IAH = 2,2 e/ev
m. de uso: 7h36' ↑ P = 5,5
Fuga = 11,3 lpm. fone.
umidif. 4 l/min.

26/07 P = 5,5 cmH₂O 2x diurese mas
23 IAH = 2,3 e/ev ele é renal.
m. de uso: 8h.
Bem adapt. / s/ sonolência
exerc. físico 3x aeróbico / orientei muscul.

28/03/23 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 2,9 e/h
m. de uso = 7h50' min.
fuga = 10 l/min

mais disposto.
2x bombas à noite
abundante 3x semana

P =	IAH =	m. de uso	fuga
5,5	2,9	7h50'	10 l/min

27/10
23 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 1,9 e/h
m. de uso: 14 lpm.

Bem adaptado; ainda com gripe ficou 9 d. de uso

12/01
2024

$P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 1,0 e/h
média uso = 6h47' min
fuga = 16 l/min

Bem disposto / adaptado.

ofertado 3900,00 o aparelho que está levando

15/03/24 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 1,9 e/h
m. de uso: 7h34m
fuga: 16,6 l/min
mantendo exercício físico

Bem adaptado / Bem
disposto / Siqueiras

Natasha

ofertado 3900,00 em 8x (Banco São)

3900,00 em 8x (Yvonne loc.)

20/05
24 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 7h40'
IAH = 2,0
Fuga = 16,5 lpm

Bem adaptado

Juana

25/07/24 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 1,9 e/h
m. de uso: 7h28l
fuga: 24,3 l/m

Bem adaptado
Natasha

30/10/2024

$P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 3,2 e/h
m. de uso: 7horas
fuga: 10 l/min

Bem adaptado

Silvia

03/02/25 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 2,6 e/h
m. de uso: 7horas
fuga: 11 l/min.

Bem adaptado.

Silvia

Altman

05/05/25

$P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$

$I_{AH} = 2,1 \text{ L/h}$

modo = 6,9 horas

freq = 8 l/min

Bem Adaptado.

forma microvascular retina
devido DCA auto imune - que
inflama fg Renal - crônico

Silvia

DR. ALBERTO REMESAR

PSQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP 69730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62.958

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK AIR®

NOME: Altimar Costa da Silva
SOLICITADO POR: Dr. Rodrigo Santana Canôas
DATA: 27/4/2023
IDADE: 57 anos

Comentários:

Exame realizado em domicílio e iniciado às 22h38min e concluído às 06h43min.

O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 23,6/hora, sendo 7,6 apneia/hora e 16 hipopneia/hora. O indicador de risco (IR) foi de 27,1 (o IR considerado normal é menor que 5). O índice de dessaturação de oxigênio (IDO) foi 25,8 (o IDO considerado normal é menor que 5). A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a média de 93% e a mínima de 80%.

As frequências cardíacas foram: mínima: 44; máxima: 96 bpm.

Proporção de períodos de respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês): 0% (o valor normal é 0%).


CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos moderados do índice de apneia/hipopneia (23,6/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e do indicador de risco (27,1), e dessaturações da oxi-hemoglobina (índice de dessaturação de oxigênio: 25,8), sendo muitas acentuadas.

Registraram-se limitações do fluxo durante o sono, sendo a maioria delas sem o registro de ronco (3237 limitações do fluxo sem ronco e 4 limitações do fluxo com ronco).

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 146 eventos de resson (18 eventos por hora de sono).

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.


Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

ApneaLink - Relatório de 28/04/2023 08:55

Médico responsável pelo tratamento

Encaminhar a

Dados do paciente

Nome: ALTIMAR
 Nome: COSTA DA SILVA
 Rua: _____
 Código postal, Cidade: _____
 Telefone: _____

ID paciente: _____
 Data de nasc.: 02/03/1966
 Altura: 187 cm
 Peso: 110 kg
 BMI: 31.5 kg/m²


Registro

Data: 27/04/2023
 Iniciar: 22:38
 Terminar: 06:43
 Duração: 8 h 5 min.

Avaliação

Iniciar: 22:48
 Terminar: 06:41
 Duração: 7 h 53 min.

Indicador de risco



* Consultar o manual clínico para obter informações sobre as abreviações e os parâmetros padrão do ResMed

Análise (Período de avaliação do fluxo: 7 h 53 min. / Período de avaliação do SpO₂: 7 h 54 min.)

Índices

IAH*	23.6	Normal
IR*	27.1	< 5 / h
Índice de apnéia:	7.6	< 5
IAI:	0	< 5 / h
IAO:	7.6	
IAC:	0	
IAM:	0	
Índice de hipopnéia:	16	≤ 5 / h
% de limite de fluxo Rp sem Rs (Lf):	43	< Aprox. 60
% de limite de fluxo Rp com Rs (LR):	0	< Aprox. 40

IDO Índice de Dessaturação de Oxigênio*

Saturação média:	93	94% - 98%
Menor dessaturação:	80	
Saturação mínima:	80	90% - 98%
Saturação basal:	97	%
Frequência de pulso mínima:	44	> 40 bpm
Frequência de pulso máxima:	96	< 90 bpm
Frequência de pulso média:	58	bpm

Proporção de períodos de CSR no período de análise: 0 0%

Estado da análise: Analisado automaticamente

Parâmetros de análise usados (Padrão)

Apnéia [20%; 10s; 80s; 1.0s; 20%; 60%; 8%]; Hipopnéia [70%; 10s; 100s; 1.0s]; Ronco [6.0%; 0.3s; 3.5s; 0.5s]; Dessaturação [4.0%]; CSR [0.50]

Resultado

Média de respirações por minuto (rpm):	15.87
Respirações:	7502
Apnéias:	60
Apnéias indeterminadas:	0 (0%)
Apnéias obstrutivas:	60 (100%)
Apnéias centrais:	0 (0%)
Apnéias mistas:	0 (0%)
Hipopnéias:	126
Limitação de fluxo, Rp sem Rs (Lf):	3237
Limitação de fluxo, Rp com Rs (LR):	4
Eventos de ressonância:	146
Número de dessaturações:	204
Saturação ≤ 90%:	46 min. (10%)
Saturação ≤ 85%:	3 min. (1%)
Saturação ≤ 80%:	0 min. (0%)
Saturação ≤ 89%:	23 min. (5%)
Saturação ≤ 88%:	12 min. (3%)

Comentários