


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/08/2025 - 13/08/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	37 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 20 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 20 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 55 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/08/2025)	692 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882307
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.2	Percentil 95.º: 11.9	Máximo: 12.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 6.6	Máximo: 20.0	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.6	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.1
Índice RERA	1.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882307

