


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/08/2025 - 25/09/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	176 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 53 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 53 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 37 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/09/2025)	941 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882307
Modo	CPAP
Pressão definida	11.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 1.8	Máximo: 6.4	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.4	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882307

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**


>= 4 horas dias **26 (87 %)**

< 4 horas dias **4 (13 %)**

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,9 h**




Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **6,4**

% 95.º (méd.) **1,8**

Mediana (méd.) **0,1**




Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **11,2**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.8**

IH **0.4**

IA **0.4**

IAC **0.1**

IAO **0.3**

IAD **0.0**

RERA **0.6**

%RCS (méd.) **0.0**

