


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/08/2025 - 20/08/2025
Dias de utilização	5/7 dias (71%)	
>= 4 horas	4 dias (57%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	34 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 59 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 49 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/08/2025)	1,975 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039539
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.1	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 2.6	Percentil 95.º: 18.7	Máximo: 39.8	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.2	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039539


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

